

Kalibrierung

Werkskalibrierung durch Thyracont



Kalibrierungen

- Die fertigen Geräte werden nach einer speziell entwickelten 4-Punkt-Kalibermethode individuell temperaturkompensiert und für höchste Messpräzision mit Hilfe DAkkS-kalibrierter Normale justiert, kalibriert und endgetestet. Die Geräte werden standardmäßig ohne Kalibrierzertifikat geliefert.
- Eine Werkskalibrierung durch Thyracont mit vierseitiger Dokumentation kann zusätzlich zu Neugeräten oder als Wartungsservice geordert werden (ADJCERT, DCERT, ADJCERTHV, DCERTHV). Eine DAkkS-Kalibrierung durch ein unabhängiges Institut können wir ebenfalls anbieten (DKDCERT, DKDCERTHV).
- Je nach Anwendung empfehlen wir, Ihre Messröhren jährlich kalibrieren zu lassen.

Artikelnummern

- | | | |
|-----------|---|---|
| ▪ ADJCERT | Werkskalibrierung, 4 Referenzpunkte / Druckdekade, 1000 - 1e-4 mbar | |
| | ADJCERTHV | Werkskalibrierung, 4 Referenzpunkte / Druckdekade, 1000 - 1e-5 mbar |
| ▪ DCERT | wie ADJCERT, in digitaler Form | |
| | DCERTHV | wie ADJCERTHV, in digitaler Form |
| ▪ DKDCERT | DAkkS-Kalibrierung, 1000 - 1e-4 mbar | |
| | DKDCERTHV | DAkkS-Kalibrierung, 1000 - 1e-6 mbar |

Thyracont kalibriert auch Vakuummessgeräte von anderen Herstellern. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns.